



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

АКТ от 27.03.2015г. о
промышленной эксплуатации

В период работы с 04.02.2015 по настоящее время в результате технической эксплуатации массовых расходомеров МИР-0.1-100 в количестве 3 ед. производства ООО НТФ «БАКС», установленных в цехе №2 УПН-1 ООО «ННПО» на авто-наливке коммерческого учета отгрузки нефтепродуктов получены следующие результаты:

1. Данное оборудование работает без отказов.
2. Метрологические характеристики полностью соответствуют данным завода изготовителя и требованиям опросных листов на данное оборудование.

В ходе технической эксплуатации производится непрерывный мониторинг работы счетчиков массового расхода с учетом нового оборудования.
Считаю результаты эксплуатации счетчиков массового расхода за указанный период положительными.

Ведущий метролог ООО «ННПО»

Перевозкин Ю.В.